

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД"
са потпуном одговорношћу
Број 797
РУМА 19.06 2020 год.

ТРАСА
INDUSTRIJA SATOVA a.d.
Бр. 6-98/20
22-06-2020 20 год.
ZEMUN



**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА –
СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КОРИШЋЕНИХ
ВОДОМЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА**

JN 06/2020

Јун 2020

**УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА – УСЛУГЕ СЕРВИС И
БАЖДАРЕЊЕ КОРИШЋЕНИХ ВОДОМЕРА**

Закључен између:

Наручиоца ЈП "Водовод" Рума, са седиштем у Руми, улица Орловићева бб,
ПИБ: 101341282 Матични број: 08099545
Број рачуна:355-1001738-71 Назив банке: Војвођанска банка АД,
Телефон:022/479-622 Телефакс: 022/478-144
кога заступа директор Слободан Станић,дипл.инж.маш.
(у даљем тексту: Наручилац)

и

Понуђача Акционарско друштво „ИНСА“
са седиштем у Земуну, улица Тршћанска 21,
ПИБ: 100001693 Матични број: 07006357
Број рачуна: 190-1230-80 Назив банке: Јубмес банка,
Телефон: 011/3713-607 Телефакс: 011/2614-330
кога заступа Јовица Зарић
(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ЈН Број 6/2020

Број и датум одлуке о додели уговора: 745 од 12.06.2020.год.

Понуда изабраног понуђача бр. 739 од 12.06.2020.год.

1. Предмет Уговора

1.1.Предмет овог Уговора су услуге – Сервис и баждарење коришћених водомера, у свему према конкурсној документацији и понуди бр. 739 од 12.06.2020.год.

2. Цена

2.1.Цене услуга утврђене су понудом Понуђача бр. 739 од 12.06.2020.год. у укупном износу од **4.475.650,00 динара**.

3.Рок, начин плаћања и гарантни рок

3.1.НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин:

- Начин плаћања је вирмански, преко рачуна.
- Накнаду за извршене услуге, корисник ће платити Понуђачу по испоруци баждарених водомера и испостављању фактура, у року 45 дана.
- Уговорне стране уговарају гарантни рок на извршене услуге од 60 месеци од дана преузимања баждарених водомера

3.2. Исплата уговорене вредности се врши у динарима.

4. Начин и рок извршења

Почетак реализације је дан потписивања уговора, са роком трајања од годину дана.

Понуђач се обавезује да уговорене услуге врши сукцесивно по налогу наручиоца у року од 7 дана од захтева, искључиво по ценама из понуде у уговореном року.

Наручилац је предметне количине дефинисао оквирно и није у обавези да преузме целокупну количину, а постоји могућност да ће тражене количине бити и повећане, приликом чега ће понуђач испоручити исте по јединичним ценама из понуде.

5.Виша сила

5.1.Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, Уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.

5.2.Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

6.Спорови

6.1.Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

7. Раскид Уговора

7.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге Уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

7.2. Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

8. Измене и допуне

8.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране који је дат у писаном облику.

9. Ступање на снагу Уговора

9.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе Уговорне стране, са важењем свих уговорених полиса осигурања од 12 месеци.

10. Завршне одредбе

10.1. Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој Уговорној страни уручују по 3 (три) примерка.


10.2. Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 - Понуда бр. 739 од 12.06.2020.год.

ПОНУЂАЧ
АД „ИНСА“ Земун



НАРУЧИЛАЦ



VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр 5/46 од 11.06.2020 за јавну набавку услуга -
Сервис и баждарење коришћених водомера за потребе предузећа, редни број 06/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	„ИНСА“ АД
Адреса понуђача:	Земун, Тршћанска 21
Матични број понуђача:	07006257
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	100001693
Име особе за контакт:	Милунка Симовић
Електронска адреса понуђача (e-mail):	milunka.simovic@insa.rs
Телефон:	011 / 3713-607
Телефакс:	011 / 2614-330
Број рачуна понуђача и назив банке:	190-1230-80 ALTA
Лице овлашћено за потписивање уговора	Дир. Јовица Зарић

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

<input checked="" type="radio"/> А) САМОСТАЛНО
<input type="radio"/> Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
<input type="radio"/> В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - услуга - Сервис и баждарење коришћених водомера за потребе предузећа, редни број 06/2020

СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА

red. br.	промер	количина	Произвођач и земља порекла	цена по комаду без ПДВ-а	Укупна цена без пдв-а (количина x цена)
1.	Ø1/2"	200	„Инса“ Србија	980,00	196.000,00
2.	Ø3/4"	3000	„Инса“ Србија	980,00	2.940.000,00
2.	Ø1"	30	„Инса“ Србија	1020,00	30.600,00
3.	Ø5/4"	10	„Инса“ Србија	1020,00	10.200,00
4.	Ø6/4"	15	„Инса“ Србија	1480,00	22.200,00
5.	Ø50 мм прирубнички	60	„Инса“ Србија	3900,00	234.000,00
6.	комбиновани водомер Ø50 са Ø3/4"	10	„Инса“ Србија	5800,00	58000,00
7.	Ø80мм	50	„Инса“ Србија	4100,00	205000,00
8.	комбиновани водомер Ø80 са Ø3/4"	5	„Инса“ Србија	5900,00	29500,00
9.	Ø100мм	20	„Инса“ Србија	4300,00	86000,00
10.	Ø150мм	1	„Инса“ Србија	5400,00	5400,00
11.	замена кућишта Ø3/4"	225	„Инса“ Србија	1250,00	281.250,00
12.	замена стакла Ø3/4"	225	„Инса“ Србија	60,00	13500,00
13.	неповратни вентил Ø1/2"	200	„Инса“ Србија	95,00	19000,00
14.	неповратни вентил Ø3/4"	3000	„Инса“ Србија	115,00	345.000,00
	Укупно				4.475.650,00

- Понуђач је у обавези да код сервисирања у сваки водомер угради суви механизам (бројчаник ван утицаја воде са магнетним преносом)
- Водомери свих профила након сервисирања морају бити припремљени за даљинско читавање и хоризонталну уградњу.
- Метролошке класе тачности „ Б “ или „ Ц “


- Радни притисак до 16 бара
- Радна температура до 40°C
- Са степеном заштите IP68

Сервисирање водомера уз замену механизма треба да садржи и следеће технолошке поступке:

- Отварање водомера и вађење механизма
- Сачмарење кућишта
- Сачмарење затварача
- Убацивање новог механизма
- Убацивање новог регулатора
- Убацивање новог заптивача вијка
- Убацивање новог поклопца
- Убацивање новог сита
- Убацивање новог заптивача главе
- Убацивање новог прстена трења
- Предумеравање
- Умеравање
- Испитивање и пријем водомера
- Обележавање (жигосање) водомера

- У случају да понуђач при сервисирању водомера уграђује оригиналне делове, дужан је да достави документ о ауторизацији резервних делова произвођача на име понуђача која се односи на конкретну јавну набавку.
- У случају да понуђач, код сервисирања **индустријских водомера типа INSA**, за уградњу понуди делове (механизме) других произвођача, понуђач је дужан да достави одговарајући **доказ (на српском језику)**, издат од стране тог произвођача чије делове нуди, да у функционалном смислу делови одговарају индустријским водомерима типа **INSA** и да се као такви могу уградити..

Одговарајући доказ произвођача понуђених добара треба да докаже, да је због конструктивних решења индустријских водомера типа **INSA**, могуће сервисирати водомере типа **INSA** уз замену механизма произвођача чији се механизми нуде и да су њихови механизми компатибилни са кућиштима индустријских водомера типа INSA и да се као такви могу уградити.

ПОНУЂАЧ

 печат и потпис

КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ

Понуђач мора да изврши баждарење водомера на начин да водомер задовољи прописани стандар који се односи на водомере SRPS EN ISO 4064-1 : 2014, а на начин прописан стандардом SRPS EN ISO 4064-2 : 2014, као и да о извршеном испитивању издају сертификат о испитивању у складу са стандардом за водомере SRPS EN ISO 4064-3 : 2014 и у складу са Правилником о мерилима („ Сл. Гласника РС“ , бр.63/2013.)

Приликом сервисирање тј. замене делова водомера , уграђени делови морају да одговарају прописаном стандарду за водомере SRPS EN ISO 4064 : 2014 и за исте мора бити издата Декларација о усаглашености за уграђени део.